

Naručitelj: Genos d.o.o., Vatrogasna 112, 31 000 Osijek
Predmet nabave: Potrošni materijal i laboratorijski pribor

Sukladno Prilogu 3. natječajne dokumentacije „Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi“, Naručitelj Genos d.o.o., sa sjedištem u Osijeku, Vatrogasna 112, donosi sljedeću

ODLUKU O ODBIJANJU PONUDE

I. Odbija se ponuda ponuditelja LABOMAR d.o.o., Gmajnje 24, Zagreb, OIB: 68373453442 podnijeta za predmet nabave iz Grupe 17: pH METAR, podnijeta u postupku nabave javnim nadmetanjem za predmet nabave: Potrošni materijal i laboratorijski pribor, Ev. broj nabave: 06/2020.

Obrazloženje

Naručitelj je pokrenuo postupak javne nabave javnim nadmetanjem u pogledu predmeta nabave: Potrošni materijal i laboratorijski pribor, Evidencijski broj nabave: 06/2020. Predmeti nabave su podijeljeni u grupe. Ponuditelj je poslao ponudu za predmet nabave iz Grupe 17: pH METAR.

Pregledom i ocjenom ponude utvrđeno je da tehničke specifikacije predmeta nabave nisu u cijelosti u skladu sa traženim specifikacijama iz dokumentacije za nadmetanje. Predmet nabave pod stavkom 17.1. pH 8+ DHS bench meter set 50001202 -NE ODGOVARA preciznost je ± 0.02 umjesto traženih 0.01.

Slijedom navedenog sukladno točki 5.12. Poziva na dostavu ponude odlučeno je kao pod točkom I Odluke.

Zagreb, 28. ožujka 2020. godine

direktor Gordan Lauc


GENOS d.o.o.
za vještačenje i analizu
OSIJEK
OIB 17560201884