

Naručitelj: Genos d.o.o., Vatrogasna 112, 31 000 Osijek
Predmet nabave: Potrošni materijal i laboratorijski pribor

Sukladno Prilogu 3. natječajne dokumentacije „Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi“, Naručitelj Genos d.o.o., sa sjedištem u Osijeku, Vatrogasna 112, donosi sljedeću

ODLUKU O ODBIJANJU PONUDE

I. Odbija se ponuda ponuditelja COPAN ZAGREB d.o.o., Selnica Šćitarjevska 25, Velika Gorica, OIB: 43698579132 podnijeta za predmet nabave iz Grupe 18: LABORATORIJSKI PRIBOR ZA POHRANU UZORAKA, podnijeta u postupku nabave javnim nadmetanjem za predmet nabave: Potrošni materijal i laboratorijski pribor, Ev. broj nabave: 06/2020.

Obrazloženje

Naručitelj je pokrenuo postupak javne nabave javnim nadmetanjem u pogledu predmeta nabave: Potrošni materijal i laboratorijski pribor, Evidencijski broj nabave: 06/2020. Predmeti nabave su podijeljeni u grupe. Ponuditelj je poslao ponudu za predmet nabave iz Grupe 18: LABORATORIJSKI PRIBOR ZA POHRANU UZORAKA.

Pregledom i ocjenom ponude utvrđeno je da tehničke specifikacije predmeta nabave nisu u cijelosti u skladu sa traženim specifikacijama iz dokumentacije za nadmetanje. Predmet nabave pod: stavkom 18.1. 30.1012 Digital max-min thermometer - NE ODGOVARA preciznost/accuracy 0.5 °C umjesto traženih 0.1 °C, pod stavkom 18.2. Abdos P20602 - NE ODGOVARA dimenzije (W x D x H) 133 x 132 x 54 mm umjesto traženih max. dimenzija 13.2 x 13.2 x 5.6 cm..

Slijedom navedenog sukladno točki 5.12. Poziva na dostavu ponude odlučeno je kao pod točkom I Odluke.

Zagreb, 28. ožujka 2020. godine

direktor Gordan Lauc
GENOS d.o.o.
za vještačenje i analizu
OSJEK
OIB 17560201884